

STF0043 BUHAR KİMYASAL İNDİKATÖR CLASS 6 (7DK)



STERİLİZASYON ÖNCESİ



BAŞARISIZ STERİLİZASYON
(İNDİKATÖR RENGİ REFERANS
RENGİNDEN FARKLI)



BAŞARILI STERİLİZASYON

ÜRÜN ÜZERİNDEKİ RENK İLE TABLODA BULUNAN RENK BASIM KALİTESİ NEDENİ İLE FARKLILIK GÖSTEREBİLİR.
KULLANICI KULLANILMAMIŞ ÜRÜN İLE KARŞILAŞTIRMA YAPABİLİR. HERHANGİ BİR SORUNDA LÜTFEN
FİRMAMIZLA İRTİBATA GEÇİNİZ.