

STF0023 HİDROJEN PEROKSİT DÖKÜMANTASYON ETİKETİ



STERİLİZASYON ÖNCESİ



**BAŞARISIZ STERİLİZASYON
(İNDİKATÖR RENGİ REFERANS
RENGİNDEN FARKLI)**



BAŞARILI STERİLİZASYON

ÜRÜN ÜZERİNDEKİ RENK İLE TABLODA BULUNAN RENK BASIM KALİTESİ NEDENİ İLE FARKLILIK GÖSTEREBİLİR.
KULLANICI KULLANILMAMIŞ ÜRÜN İLE KARŞILAŞTIRMA YAPABİLİR. HERHANGİ BİR SORUNDA LÜTFEN
FİRMAMIZLA İRTİBATA GEÇİNİZ.